

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3)

a NAH-2-0360/2021 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
M-TEST Mikrobiológiai Ellenőrző Kft.
2193 Galgahévíz, Fő út 200.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
kalibrálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2021. június 17.**
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2026. június 17.**
- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások¹

	Kalibrálandó mérő-eszköz	Etalonnal mért vagy reprodukált érték, mérési tartomány	Kalibrálási és mérési képesség <i>k=2</i>	Kalibrálási eljárás azonosítója
Hőmérséklet (HŐM-1)				
1.	Folyadéktöltésű üveghőmérő	-40°C - 200°C	0,05 °C	MIK-636-02 (2024) ²
2.	Aktív vagy passzív érzékelővel szerelt villamos mérőkör	-40°C - 420°C	0,043°C	MIK-637-02 (2024) ²
Nyomás (NYO-1)				
1.	Nyomásmérő	-850 mbar – 6000 mbar 6001 mbar -14000 mbar 14001 mbar – 20000 mbar	1,1 mbar 1,5 mbar 2,4 mbar	MIK-634-12 (2024) ²
2.	Nyomásmérőkülönbségmérő	0 Pa – 1000 Pa 1001 Pa – 7000 Pa	0,5 Pa 0,7 Pa	MIK-634-12 (2024) ²

II. Az akkreditált területhez tartozó külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatások¹

	Kalibrálandó mérő-eszköz	Etalonnal mért vagy reprodukált érték, mérési tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
Hőmérséklet (HŐM-1)				
1.	Folyadéktöltésű üveghőmérő	-40°C - 200°C	0,05 °C	MIK-636-02 (2024) ²
2.	Aktív vagy passzív érzékelővel szerelt villamos mérőkör	-40°C - 420°C	0,043°C	MIK-637-02 (2024) ²
Nyomás (NYO-1)				
1.	Nyomásmérő	-850 mbar – 6000 mbar 6001 mbar -14000 mbar 14001 mbar – 20000 mbar	1,1 mbar 1,5 mbar 2,4 mbar	MIK-634-12 (2024) ²
2.	Nyomásmérőkülönbségmérő	0 Pa – 1000 Pa 1001 Pa – 7000 Pa	0,5 Pa 0,7 Pa	MIK-634-12 (2024) ²

¹ A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2023. június 22-én kiadott határozatával elrendelt javítása.

² A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2024. június 20-án kiadott határozatával elrendelt átvezetése.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/kategoriak).

- VÉGE -

Rippel Endre
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes



Rippel Endre László
elnökhelyettes
elektronikusan aláírva